



Protecting and improving the nation's health

Food and Environmental Proficiency Testing Unit

La fecha final para la devolución de resultados está indicada en el formulario de solicitud/informe adjunto

Datos de contacto:

The Organisers - FEPTU
Public Health England
61 Colindale Avenue,
London, NW9 5EQ, UK.
Fax: +44 (0) 20 8200 8264
Tel.: +44 (0) 20 8327 7119
Correo electrónico:
foodeqa@phe.gov.uk



0006

Los resultados deberán devolverse on-line mediante el sistema de elaboración de informes de la Web. Vaya a: www.phe-ega.org.uk. Para realizar este proceso necesitará sus datos de inicio de sesión. En caso de experimentar problemas con el sistema on-line, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

www.gov.uk/government/collections/external-quality-assessment-ega-and-proficiency-testing-pt-for-food-water-a-environmental-microbiology#hospital-tap-water-scheme

Plan de agua corriente del hospital - Hoja de instrucciones

Los discos LENTICULE® se proporcionan en viales de plástico con tapón de rosca (con un desecante). Cada uno de los discos LENTICULE reposa sobre el soporte del filtro que contiene el desecante. El **desecante** debería ser de color naranja. Si este no es el caso, por favor, póngase en contacto con nosotros. Los discos LENTICULE necesitan reconstituirse mediante un proceso de rehidratación y dispersión antes de ser examinados, tal y como se describe a continuación.

Información importante a tener en cuenta:

ahora puede analizar e informar hasta tres conjuntos de resultados para el Esquema de agua del grifo del hospital.

Consulte también la Hoja de datos de seguridad: www.gov.uk/government/publications/safety-data-sheet-for-lenticules

Para acceder al video sobre procesamiento de las muestras, pinche en el "link" y despliegue la página hasta el final: www.gov.uk/government/publications/hospital-tap-water-scheme-sample-instruction-sheets

Almacenamiento:

- Almacene las muestras a una temperatura de **entre -20 y ± 5 °C** una vez las haya recibido.
- Permita que los discos LENTICULE alcancen la temperatura ambiente (5 – 10 minutos) **antes** de la reconstitución en diluyente.

Reconstitución:

- Abra el recipiente de la muestra y transfiera el disco LENTICULE a aproximadamente **9mL** de solución salina de peptona al 0,1 % (diluyente de máxima recuperación (MRD)) a la que se le haya permitido alcanzar la temperatura ambiente.
- Déjelo reposar a temperatura ambiente durante 10 - 12 minutos para que se disuelva.
- Cierre el tapón de la botella herméticamente y agítela para dispersar los micro-organismos.
- Transfiera todo el diluyente de máxima recuperación inoculado a una botella de muestras que contenga 1 L de agua destilada o desionizada estéril a temperatura ambiente.
- Enjuague con aproximadamente 2mL de la botella de muestras asegurándose de que todo el líquido se transfiera de nuevo a la muestra de 1 L.
- Disperse el inóculo invirtiéndolo aproximadamente 30 veces.

Examen:

- Cada una de las muestras reconstituidas equivale a 1 L de agua.
- Realice los exámenes enumerados en la petición / informe dentro de 30 a 45 minutos después de la reconstitución.
- Realice los exámenes de acuerdo con los procedimientos rutinarios.

Devolución de resultados:

- Devuelva los resultados on-line mediante el sistema de elaboración de informes de la Web.
- Devuelva los resultados a los organizadores antes de la fecha límite que se muestra en el formulario de solicitud/informe.
- Los resultados que se devuelvan después de esa fecha **no** se evaluarán.